精 米 鮮 度 判 定（ 6 月 分 ）

S　大変良い　　A　良い　　B　普通　　C　少し劣る　　D　劣る

とう精工場	市町村等	種　別	とう精日	検査日	全体評価	
					ランク	pH
パールライス	ひたちなか市	コシヒカリ	6/17	7/1	S	7.5
	茨城町	コシヒカリ	6/23	7/1	S	7.6
	東海村	コシヒカリ	6/9	7/1	S	7.5
	那珂市	コシヒカリ	6/10	7/1	S	7.4
	常陸太田市	コシヒカリ	6/2	7/1	A	7.1
	城里町	コシヒカリ	6/3	7/1	A	6.9
	古河市	コシヒカリ	6/16	7/2	A	7.3
	坂東市	コシヒカリ	6/12	7/2	A	7.2
	五霞町	コシヒカリ	6/12	7/2	S	7.4
	境町	コシヒカリ	6/12	7/2	S	7.4
	取手市	コシヒカリ	6/15	7/2	S	7.4
	守谷市	コシヒカリ	5/28	7/2	A	7.2
6/30着	つくば市	コシヒカリ	6/18	7/2	A	7.2
常陸物産	鉾田市	コシヒカリ	－	－	－	－
	日立市	コシヒカリ	－	－	－	－
	常陸大宮市	コシヒカリ	－	－	－	－
	常陸太田市	コシヒカリ	－	－	－	－
	高萩市	コシヒカリ	－	－	－	－
	つくばみらい市	コシヒカリ	－	－	－	－

とう精工場	市町村等	種　別	とう精日	検査日	全体評価	
					ランク	pH
田島屋	鉾田市	コシヒカリ	6/25	6/30	S	7.5
	土浦市	コシヒカリ	6/23	6/30	S	7.4
	稲敷市	コシヒカリ	6/23	6/30	S	7.6
	美浦村	コシヒカリ	6/16	6/24	S	7.5
	かすみがうら市	コシヒカリ	6/15	6/24	S	7.4
北つくば	結城市	コシヒカリ	6/17	6/30	A	7.2
	桜川市	コシヒカリ	6/24	6/30	S	7.4
6/29着	筑西市	コシヒカリ	6/25	6/30	S	7.4
ひかり常総	坂東市	コシヒカリ	－	－	－	－
	八千代町	コシヒカリ	6/25	6/30	A	7.2
6/29着	下妻市	コシヒカリ	－	－	－	－

美浦村・かすみがうら市　6/19着

鉾田市・土浦市・稲敷市　6/29着

精米の鮮度判定については、学校給食に用いられる県内産米32検体について行っておりますが、とう精時期が使用市町村ごとに異なり、検体が揃った時点での検査となりますので事後検査となります。

なお、検査結果（全体評価）が同一のpHであってもランクの違うものがありますが、これは判定器によって四捨五入したpH結果によるものです。

※例：四捨五入した結果がpH7.30～pH7.34の場合→Sランク／pH7.3
四捨五入した結果がpH7.25～pH7.29の場合→Aランク／pH7.3

〇検査機器：お米の鮮度判定器RN-820(kett)は、精米をPH指示薬で呈色させ鮮度を判定するもので、他の判定方法と必ずしも一致するものではありません。
〇穀物検定協会の5段階ランク評価基準に基づいた判定です。